

新規申請技術の評価

整理番号	先進医療名	適応症等	受付日	承認状況	医薬品・医療機器・再生医療等製品情報	申請医療機関	審査担当構成員				総評
							主担当	副担当	副担当	技術専門委員	
131	特発性大腿骨頭壊死症に対する自家濃縮骨髄液移植	特発性大腿骨頭壊死症（非圧潰病期）	2022. 7. 28	適応外医療機器（但し、BioCUEを用いて骨髄液を遠心する場合は適応内）	・GPSⅢ 遠心分離機 （ジンマー・バイオメット合同会社）	順天堂大学医学部附属順天堂医院	松山	田島	飛田	安達	適