

先-4  
6.2.8

第157回先進医療技術審査部会	資料4
令和6年1月18日	

先進医療Bの取下げについて

告示番号	先進医療名	適応症等	承認状況	受付日(取下げ)	取下げ理由	医薬品・医療機器・再生医療等製品情報	申請医療機関	協力医療機関
先進医療Bの取下げ								
17	治療抵抗性の子宮頸がんに対するシスプラチンによる閉鎖循環下骨盤内非均衡灌流療法	子宮頸がん(術後に再発したものであって、同時化学放射線療法に不応かつ手術が不能なものに限る。)	未承認・適応外・適応内医療機器、適応外医薬品	R5.12.27	研究資金の調達ができず、研究の継続が不可能となったため、予定症例数に未達で終了いたしました。 なお、総括報告書を追って提出いたしません。また、登録症例7例の長期予後については観察研究を行い、その結果を先進医療技術審査部会に報告いたします。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メラ人工心肺装置HAS型 (泉工医科工業株式会社)</li> <li>・個人用透析装置 (東レメディカル株式会社)</li> <li>・駆血帯(止血器) (ジンマー・バイオメット合同会社)</li> <li>・動注用アイエーコール (日本化薬株式会社)</li> <li>・インジコカルミン注20mg (第一三共株式会社)</li> <li>・キンダリー透析剤AF3号 (扶桑薬品工業株式会社)</li> <li>・薬剤投与循環システム、薬剤除去循環システム (SBカワスミ株式会社)</li> <li>・HYMバルーンカテーテル (コスモテック株式会社)</li> <li>・ウルトラハイフロー シース (メディキット株式会社)</li> </ul>	日本医科大学付属病院	なし